

FORMATION DE MAINTENANCE DE NIVEAU III SUR LES AUTOCLAVES COLUSSI

selon la norme AFNOR FD X60-000

OBJECTIFS

Donner aux techniciens, ayant les connaissances de la stérilisation à la vapeur d'eau, les bases pour la maintenance préventive et corrective ainsi que pour le contrôle des programmations.



PROGRAMME

Présentation du ou des Stérilisateur

Présentation des Normes EN285 et EN554

Approfondissement des précautions d'usage :

- *Identification des cycles*
- *Rangement du matériel à stériliser*
- *Lecture et interprétation des diagrammes*
- *Interprétation des alarmes*
- *Interruption et remise à zéro de l'appareil*

Identification et localisation :

- *Éléments Hydrauliques*
- *Éléments Électriques*

Maintenance préventive

Dépannage sur appareil

Contrôle et essais de sécurité

PEDAGOGIE

Lieu

Le stage se déroulera au siège de la société, à Lentilly (69).

Supports

Il sera remis à chaque stagiaire un dossier comportant :

- *La notice de mise en service de l'autoclave*
- *Le dossier technique du ou des autoclaves concernés*

Validation des acquis

Afin de contrôler les connaissances des stagiaires, des questionnaires d'applications leurs seront proposés et ils pourront tester leurs acquis grâce à une mise en situation sur autoclave.

DESTINATAIRES

Cette formation s'adresse exclusivement au :

- *Technicien biomédical*
- *Responsable technique*
- *Ingénieur Biomédical*

DUREE

2.5 Jours

EFFECTIFS

5 participants

FORMATEUR

M. Marc GIRARDET, Directeur Technique